



VIA QUATTRO PONTI n° 3, 84040 CASAL VELINO (SA)
Codice meccanografico SAIC8AN005 - C. F.: 84001620651
E-mail SAIC8AN005@istruzione.it – PEC SAIC8AN005@pec.istruzione.it – Sito web www.iccasalvelino.gov.it

Prot.4058/IV.8

Casal Velino, 22 /12 /2017

Ai docenti
responsabili di plesso
LORO SEDI

Agli atti
Al sito web

**OGGETTO: Defibrillatori DAE Semiautomatici Philips HS e teche.
Sostituzione elettrodi adulti/pediatrici.**

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale USR Campania – Coordinamento per la Salute e Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche, prot. 4043/IV.8 del 20/12/2017, si informano le SS.LL. in indirizzo che, **a decorrere dal giorno 8 Gennaio 2018** la società 'Futura Hospital' Sas, affidataria del servizio di distribuzione di elettrodi per defibrillatori ed etichette, provvederà a consegnare, presso ciascun plesso scolastico, un plico contenente:

- **nr. 1 coppia elettrodi adulti;**
- **nr. 1 coppia di elettrodi pediatrici;**
- **nr. 2 etichette inventariali: una da apporre su ciascun defibrillatore ed una da apporre su ciascuna teca;**
- **nr. 1 etichetta, prodotta ai sensi del Manuale di Attuazione POR 2007/2013, da apporre singolarmente su ogni teca,**

La consegna del materiale avverrà sempre di mattina ed al consegnatario del plico verrà chiesto di apporre una firma di ricevimento su supporto informatico (tablet), in dotazione del corriere.

Si trasmettono, inoltre, alcune utili indicazioni trasmesse dalla Società 'Ireedem' SpA, fornitrice dei DAE:

- la garanzia dell'apparecchio è di 8 anni dalla data di consegna;**
- gli elettrodi adulti e pediatrici scadono ogni due anni e vanno sostituiti;**
- la batteria scade ogni 4 anni, in condizioni di stand-by;**
- ogni istituto dovrà controllare il proprio defibrillatore ogni giorno attraverso la spia lampeggiante:**
 - Spia verde e lampeggiante: defibrillatore pronto all'uso.
 - Spia spenta, spia rossa, bip acustico: segnalare la problematica riscontrata al Dirigente Scolastico che provvederà a contattare 'Ireedem'.